

萧山区质量计量监测中心

检定证书

受理编号: J1905203

证书编号: 1911900

送检单位 杭州凯优特贸易有限公司
计量器具名称 千分尺
型号 / 规格 (0~25)mm
出厂编号 02
制造单位 卡夫威尔
检定依据 JJG21-2008
检定结论 合格

批准人: 吴国伟

核验员: 俞凤姣

检定员: 谢梓婧

(检定专用章)

检定日期 2019年12月25日

有效期至 2020年12月24日

1、本单位是国家法定计量检定机构

授权单位：浙江省质量技术监督局 计量授权证书号：（浙）法计（2018）33012 号

2、检定所用计量标准：

名称：测微量具检定装置
不确定度/准确度等级/
最大允许误差：准确度等级：3 等，4 等
计量标准证书号：[2013]杭量标萧证字第 001 号
有效期：2020-12-04

3、本标准装置所适用的技术文件（编号、名称）：

JJG21-2008 《千分尺检定规程》

4、检定地点、环境条件：

地点：本中心三大量具实验室
温度：20.0 °C 相对湿度：71.0 %

5、检定结果：

序号	主要检定项目	检定结果(μm)
1	千分尺的示值误差	±4

以下空白。